

# LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE

## ACCREDITÉ COFRAC (ISO/CEI 17025)

PRESSION RELATIVE ET ABSOLUE (2-1616)  
DÉBIT GAZEUX (2-1772)

ATEQ, spécialiste en instruments de mesures (étanchéité, débit ...) sur chaîne de production et en laboratoire est équipé d'un laboratoire de métrologie accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Ce laboratoire vous propose la vérification et l'étalonnage de vos instruments de mesures

### les +

- BASSE PRESSION : 0 à 1330 Pa relatif
- HAUTE PRESSION : -0,95 à 25 bar relatif
- PRESSION ABSOLUE : 0,075 à 25 bar
- DÉBIT GAZEUX : 1 à 5000 ml/min et 5000 à 80000 ml/min (300 à 4800 l/h)
- HORS ACCRÉDITATION : débit gazeux de 0,1 ml/min à 100 l/min



### Matériels

Pression	2 Manomètres générateurs Ruska® 7215 xi : 0 à 25 bar relatif -1 à 1,6 bar relatif
	2 Chaînes de mesure MKS® avec capteurs capacitifs différentiels 698A : 0 à 133 Pa (1 torr) 0 à 1333 Pa (10 torr)
	1 Manomètre RPM3™ DHI®
	2 capteurs 6 gammes de pression relative : 0 à 50, 100 et 150 mbar 0 à 6, 12 et 20 bar
Débit	Installation Molbox™, Molbloc™ DHI® : Montage amont jusqu'à 2 bar relatif de pression de test Bloc 0,1 à 10 ml/min Bloc 1 à 100 ml/min Bloc 10 à 1000 ml/min Bloc 50 à 5000 ml/min Bloc 5 à 100 l/min



Accréditations n° :  
2-1616 (Pression)  
2-1772 (Débit gaz)  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# ATEQ

