

LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE ACCRÉDITÉ ISO/CEI 17025

PAR A2LA CERTIFICAT N° 2831.02 EN PRESSION RELATIVE ET ABSOLUE ET DÉBIT GAZEUX

ATEQ, spécialiste en instruments de mesures (étanchéité, débit ...) sur chaîne de production et en laboratoire est équipé d'un laboratoire de métrologie accrédité par A2LA certificat N° 2831.02 selon la norme NF EN ISO/IEC 17025. Ce laboratoire vous propose la vérification et l'étalonnage de vos instruments de mesures.

Les +

- BASSE PRESSION : 0 à 1330 Pa relatif
- HAUTE PRESSION : -0,95 à 25 bar relatif
- PRESSION ABSOLUE : 0,075 à 25 bar
- DÉBIT GAZEUX : 1 à 5000 ml/min et 5000 à 80000 ml/min (300 à 4800 l/h)



LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE

ACCREDITÉ ISO/CEI 17025

PAR A2LA CERTIFICAT N° 2831.02 EN PRESSION RELATIVE ET ABSOLUE ET DÉBIT GAZEUX

Matériels

Pression

2 Manomètres générateurs Ruska® 7250 xi :
0 à 25 bar relatif
-1 à 1,6 bar relatif

2 Chaînes de mesure MKS®
0 à 133 Pa (1 torr)
0 à 13333 Pa (10 torr)



1 Manomètre RPM3™ DHI®
avec 2 capteurs 6 gammes de pression relative :

0 à 50 mbar et 0 à 20 bar
1 Manomètre RPM4AD™ DHI® 2 gammes
20 à 1200 hPa et 20 à 3500 hPa absolue

Débit

1 banc Installations Molbox RFM™,
Molbloc™ DHI® :
Montage amont jusqu'à 2 bar relatif
de pression de test.
Bloc 1 à 80000 ml/min

1 banc Installations Molbox1+™,
Molbloc™ DHI® :
Montage amont jusqu'à 2 bar relatif
de pression de test.
Bloc 1 à 5000 ml/min



Specifications subjects to change without notice, non-contractual photos.

